

TURUN KAUPUNKI, HYVINVOINTITOIMIALA

22.12.2016

Asia Oikaisuvaatimus: Hankintapäätös kilpailutukseen 3140-2016 /
Sairaala- ja hoitosängyt 1.1.2017-31.12.2019
Hakija LOJER OY, Putajantie 42/PL 54 Sastamala

Hankintayksikkö: Turun kaupunki, sosiaali- ja terveyslautakunta

Hakijan vaatimukset

Lojer Oy vaatii hankintalain 80-83 §:n nojalla, että Turun kaupunki oikaisee hankintapäätöksen kilpailutukseen 3140-2016 / Sairaala- ja hoitosängyt 1.1.2017-31.12.2019, koska hoivasängyjen sopimustoimittajaksi valitun Unikulma Oy:n Movita -hoivasänky ei täytä tarjouspyynnön vaatimusta maksimi potilaspainorajasta.

Perusteet jolla oikaisua haetaan

Turun kaupungin Sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt 29.11.2016 päivätyn hankintapäätöksen mukaan valita hoivasängyjen sopimustoimittajaksi Unikulma Oy:n. Unikulma Oy:n tarjoama Movita hoitovuode ei kuitenkaan vastaa tarjouspyynnön vaatimusta potilaspainorajasta (200kg), joka on määritelty tarkentavissa kysymyksissä seuraavasti:

Sairaala- ja hoitosängyt 1.1.2017–31.12.2019 3140–2016
Kysymykset ja vastaukset 26.9.2016

Kysymys 14

Hoitosänky: Sängyn kantavuus: tarkoitetaanko tällä suurinta mahdollista potilaspainoa?

Vastaus 14

Kyllä

Unikulman Movita-hoitovuoteen esitteessä todetaan kahdessa eri kohdassa seuraavaa:

- Kantavuus: swl 205kg, teräsrunko.
- turvallinen kuormitus: 205 kg:aan asti (155 kg potilas + 30 kg patja + 20 kg vuodevaatteet ja lisävarusteet) vaihtelee mallin ja varustuksen mukaan

Lisäksi sängystandardi IEC 60601-2-52:2009 määrittää maksimipotilaspainon seuraavasti:

For APPLICATION ENVIRONMENTS 3, 4 and 5, the SAFE WORKING LOAD of the MEDICAL BED shall be at least 1 700 N. It is considered to be the sum of the following minimum loads:

- 1 350 N, corresponding approximately to a mass of 135 kg for the PATIENT;
- 200 N, corresponding approximately to a mass of 20 kg for the mattress;
- 150 N, corresponding approximately to a mass of 15 kg for both the ACCESSORIES and the mass of the SAFE WORKING LOAD supported by those ACCESSORIES but excluding PATIENT weight.

Vapaasti suomennettuna seuraavasti:

- Vuodeosastoilla ja pitkäaikaishoitoa (käyttöympäristöt 3,4 ja 5) tarjoavilla osastoilla potjan (20kg) ja lisävarusteiden (15kg) paino lasketaan pois tuotteen SWL:sta, ja jäljelle jäänyt lukema on varsinainen tuotteen kestävä maksimi potilaspaino

Unikulma Oy:n tarjoama Movita -sänky jää tämän standardin määritelmän mukaisesti alle pyydetyn 200kg:n potilaspainon seuraavasti:

- Unikulma Oy, Movita SWL 205kg - 20kg - 15kg = 170kg (max. potilaspaino)

Lojer Oy:n tarjoaman ScanAfia XHS-480/490 hoitosängyn vastaava laskelma:

- Lojer Oy, ScanAfia XHS-480/490 SWL 260kg - 20kg - 15kg = 225kg (max. potilaspaino)

Virheellinen ratkaisu

Lain julkisista hankinnoista (348/2007) 2 §:n mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä. Hankintalain 69 §:n mukaan tarjouspyyntö on laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Tarjouspyynnössä on ilmoitettava myös muut tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjouksen tekemisessä.

Hankintalain 46 §:n mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan *tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen*. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta. Yleisenä hankintaperiaatteena on ollut tarjouksen lopullisuus ja se, että tarjoaja vastaa tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuudesta. Virheellistä tietoa ei saa tulkita tarjoajaa suosivalla tavalla.

Lojer Oy:n näkemyksen mukaan päätös ei ole oikeudenmukainen, koska Unikulma Oy on esittänyt tarjouspyynnön vaatimusten vastaisen tarjouksen.

Johtopäätös

Turun kaupunki, Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös on ollut virheellinen ja se on ollut Lojer Oy:tä kohtaan syrjivä. Lojer Oy esittää, että ao. päätös oikaistaan ja oheinen virhe korjataan valitsemalla sopimustoimittajaksi tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen jättänyt Lojer Oy.

Sastamalassa 22.12.2016

Kunnioittavasti,

Ville Kunttu

LOJER OY

E-mail: vile.kunttu@lojer.com

Puh: 010-830 6722