

Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu
11181-2016 / Sänkyvaat 31.12.2018 päättyvälle sopimuskaudelle

Ryhmiä yhteiset kriteerit		Seca finland Oy		Knorring Oy Ab	
Yleiset kriteerit	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet
Sänkyvaaka	70	2 685 €	55,400	2 534 €	58,702
Merkki ja malli	---	merkki ja malli: seca 985	---	ADE M600020	---
Käyttöominaisuuksien arvioinnin osa-alueet:					
Kuljetettavuus ja liikuteltavuus (vaat tulee olla yhden henkilön siirrettävissä yhdellä kertaa).	10	Painava. Laitteen johdot sekaantuvat pyöriin.	5	Kevyt liikuteltava. Johdoille selkeä paikka, eivät sekaannu.	10
Käytönopastusvideo	5	On	5	On	5
Vaatan yhteensopivuus erilaisten sänkyjen kanssa. Arvioinnissa otetaan huomioon sänkyjen pituus, sänkyjen leveys ja renkaiden sijainti ja renkaiden koko.	5	Testattavien sänkyjen kanssa sopivat. Ei ole riippuvainen sängyn leveydestä.	5	Testattavien sänkyjen kanssa sopivat. Ei ole riippuvainen sängyn leveydestä.	5
Näytön selkeys	5	Numeronäyttö riittävän iso. Toimintoja liikaa ja toiminnot epäselvät.	2	Näyttö ja toiminnot selkeät.	5
Vaatan huoltovälin pituus: Huoltoväli yli 1 vuotta-2 vuotta, 2 pistettä. Huoltoväli yli 2 vuotta, 5 pistettä. Tarjoukseen tulee liittää selvitys mistä tieto (esim. käyttöohje, sivunumero) laitteen huoltovälistä löytyy	5	Huoltoväli on 3 vuotta. Huoltovälin määrä Tukesin mukaan valmistaja.	5	3 vuotta	5
Kohderyhmän pisteet yht.	100		77,4		88,702

[] 4.

[] 3.