

3.6.2020

Mekalasi Oy
Atomitie 2C
00370 Helsinki

Turun Sosiaali- ja terveyslautakunta
PL 670
20101 Turku

Hankintapäätösote 22.5.2020

Hankintaoikaisuvaatimus

Hankintaoikaisuvaatimus koskee Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan 13.5.2020 tekemää päätöstä (Sosterla § 205) Turun kaupungin sairaala- ja hoivasängyjen 15.3.2020 julkaistuun kilpailutukseen.

Oikaisuvaatimus koskee Osakokonaisuutta 1: Sairaalasängyt ja potilaspöydät.

Mekalasi Oy:n sairaalasängyjen tarjous on hylätty seuraavin perustein:
"Tarjouspyynnön mukaan sängyn laidat tulee olla täysipitkät, sängyn suuntaisesti alas laskettavat. Mekalasi Oy:n osakokonaisuuteen 1 Sairaalasängyt ja potilaspöydät tarjoamassa sängyssä laidat kääntyvät sivulle ja sitä kautta alas. Lisäksi tarjouspyynnön mukaan sairaalasängyssä tulee olla nousutukien kiinnikkeet asennettuina sängyn makuutason kummallakin sivulla. Tarjoajan sängyssä ei ollut valmiina vaadittavia kiinnikkeitä, eikä tarjoaja pystynyt vakuuttamaan, että sängyn runkoon pystyy irrotettavan nousutuen vaaditusti kiinnittämään. Mainituilta osin Mekalasi Oy:n tarjoama sänky ei täytä sairaalasängylle tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia ja tarjous tulee hylätä tarjouspyynnön vastaisena"

Mielestämme tarjous on täysin tarjouspyynnön mukainen. Tarjouspyynnön dokumenteissa on vaatimuksena: "Sängyn laidat tulee olla täysipitkät, sängyn suuntaisesti alas laskettavat." Tarjouksessa on tähän vastattu "Kyllä". Kuten esittelytilaisuudessa kerroimme, tarjotussa sairaalasängyssä on täysipitkät laidat ja ne ovat laskettavissa alas sängyn suuntaisesti.

Tarjouspyynnössä lukee vaatimuksena: "Nousutukien kiinnikkeet asennettuna sängyn makuutasoon kummallekin sivulle". Mekalasi Oy:n tarjoamassa sairaalasängyssä kiinteitä kiinnikkeitä on neljä (4) kappaletta. Ne on sijoitettu, niin että sängyn molemmissa päissä on kaksi kiinnikettä. Nämä ovat molemmin puolin makuutason sivuilla. Itse nousutuelle ei ole määritelty tarjouspyynnössä minkäänlaisia vaatimuksia.

Edellä mainitut ominaisuudet ovat samat osakokonaisuudessa 2. tarjotussa hoivasängyssä. Tässä osakokonaisuudessa olette nämä ominaisuudet hyväksyneet,

3.6.2020

vaikka molemmissa osakokonaisuuksissa olette täsmälleen samanlaisia ominaisuuksia kysyneet. Miten on mahdollista, että ominaisuudet kelpaavat vain toiseen osakokonaisuuteen?

Osakokonaisuudessa 1. Mekalasi Oy:n tarjous sai kilpailutuksessa enemmän pisteitä, kuin nyt tulleessa päätöksessä valittu tarjous. Vaadimme oikaisua osakokonaisuuden 1. päätökseen seuraavasti:

Mekalasi Oy:n tarjouksen katsotaan täyttävän tarjouspyynnön ehdottomat vaatimukset ja vertailu tehdään uudestaan hyväksytyjen tarjousten osalta.

Yhteistyöterveisin,

John Ekholm
Toimitusjohtaja
Mekalasi Oy